

شماره: ۷۴۹
تاریخ: ۸۶/۲/۵



جمهوری اسلامی ایران
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

تایید صلاحیت آزمایشگاه

باستناد تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

بدینوسیله صلاحیت آزمایشگاه کالیبراسیون مجتمع فولاد خراسان در خصوص کالیبره کردن موارد مشروحه ذیل تایید می گردد:

کمیت ، دستگاه اندازه گیری ، سنجه مادی گستره بهترین توان اندازه گیری آزمایشگاه (±)

کالیبراسیون :		
۰/۰۲ R	۰/۵ تا ۷۰۰ bar	۱- فشار سنج
۰/۲ R	۱- تا ۲۰ bar	۲- فشار سنج با کالیبراتور
۰/۵°C	۴۰°C- تا ۲۵۰°C+	۳- انواع دما سنج های تماسی
۳°C	۲۵۰°C تا ۱۱۰۰°C	

محمد ناظمی اردکانی

رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

تذکر:

- ۱- مدت اعتبار این تأییدیه از تاریخ صدور یک سال می باشد .
- ۲- دارنده این پروانه مکلف به رعایت مقررات ضمیمه این تأییدیه می باشد .
- ۳- داشتن این تأییدیه رافع مسئولیتهای حقوقی و جزایی دارنده آن نمی باشد .

آدرس: نیشابور - کیلومتر ۱۵ جاده قدیم سبزوار - شرکت مجتمع فولاد خراسان تلفن: ۰۵۵۲-۲۲۵۳۲۱۰-۲۰
نمابر: ۰۵۵۲-۲۲۵۳۲۳۱ و ۳۳